

Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús
Fecha: 15/12/2009
Última revisión: 25/07/2015

Aprobado por: Adoración Chiner Tomás
Fecha: 22/12/2009
Edición Nº 3

DESCRIPCIÓN:	CANULA LARINGECTOMIA DE SILICONA Nº 5 ESPECIAL
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II A
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	T3051155
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530074426
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	<p>La cánula laringectomía de silicona Nº 5 medida especial está compuesta por:</p> <p>Una única Pieza exterior: Formada por un tubo y placa inyectado de silicona de Ø exterior de 11 mm y de 55 mm de longitud. Diámetro interior o luz del tubo de 8 mm.</p> <p>La silicona utilizada es de la siguiente composición: REFERENCIA SILBIONE 71718/60/V TPTE. USO MÉDICO.</p>
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO
RECOMENDACION	RECAMBIO DE LA CANULA A PARTIR DE 30 DÍAS DE SU USO CONTINUADO
FECHA DE CADUCIDAD	5 AÑOS DESDE LA FECHA DE ENVASADO, MIENTRAS PERMANEZCA EN SU ENVASE Y EN CONDICIONES NORMALES DE ALMACENAMIENTO.
	<p>FOTO PRODUCTO</p> 