

Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús  
Fecha: 15/12/2009  
Última revisión: 25/07/2015

Aprobado por: Adoración Chiner Tomás  
Fecha: 22/12/2009  
Edición Nº 3

<b>DESCRIPCIÓN:</b>	<b>CANULA LARINGECTOMIA DE SILICONA Nº 6 ESPECIAL</b>
<b>PRESENTACIÓN:</b>	<b>NO ESTÉRIL.</b>
<b>CLASIFICACION DEL PRODUCTO</b>	<b>CLASE II A</b>
<b>REFERENCIA FRANCISCO CHINER</b>	<b>T3061255</b>
<b>CODIGO EAN13 DE PRODUCTO</b>	<b>8436530074389</b>
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO</b>	<p>La cánula laringectomía de silicona Nº 6 medida especial está compuesta por:</p> <p>Una única <b>Pieza exterior</b>: Formada por un tubo y placa inyectado de silicona de Ø exterior de 12 mm y de 55 mm de longitud. Diámetro interior o luz del tubo de 9 mm.</p> <p>La silicona utilizada es de la siguiente composición: <b>REFERENCIA SILBIONE 71718/60/V TPTE. USO MÉDICO.</b></p>
<b>PRESENTACIÓN ENVASE</b>	<b>UNITARIO</b>
<b>RECOMENDACION</b>	<b>RECAMBIO DE LA CANULA A PARTIR DE 30 DÍAS DE SU USO CONTINUADO</b>
<b>FECHA DE CADUCIDAD</b>	<b>5 AÑOS DESDE LA FECHA DE ENVASADO, MIENTRAS PERMANEZCA EN SU ENVASE Y EN CONDICIONES NORMALES DE ALMACENAMIENTO.</b>
	<p><b>FOTO PRODUCTO</b></p> 