

Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús
Fecha: 15/12/2009

Aprobado por: Adoración Chiner Tomás
Fecha: 22/12/2009

Última revisión: 25/07/2015

Edición Nº 3

DESCRIPCIÓN:	CANULA TRAQUEOTOMÍA DE SILICONA FENESTRADA Nº 6
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	CLASE II A
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	T3061280F
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8470004953909
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	<p>La cánula traqueotomía fenestrada de silicona Nº 6 está compuesta por:</p> <p>Una única Pieza exterior: Formada por un tubo y placa inyectado de silicona de Ø exterior de 12 mm y de 80 mm de longitud. La cánula lleva un fenestrado oval. Diámetro interior o luz del tubo de 9 mm.</p> <p>La silicona utilizada es de la siguiente composición: REFERENCIA SILBIONE 71718/60/V TPTE. USO MÉDICO.</p>
PRESENTACIÓN ENVASE	UNITARIO
RECOMENDACION	RECAMBIO DE LA CANULA A PARTIR DE 30 DÍAS DE SU USO CONTINUADO
FECHA DE CADUCIDAD	5 AÑOS DESDE LA FECHA DE ENVASADO, MIENTRAS PERMANEZCA EN SU ENVASE Y EN CONDICIONES NORMALES DE ALMACENAMIENTO.
	<p>FOTO PRODUCTO</p> 